

## Dirvožemio mėginių analizavimo paslaugos

Pasiūlymai ir pastabos dėl techninių specifikacijų projektų gali būti pateikti iki 2013 m. rugpjūčio 2 d. 13.00 val. per CVP IS.

**1 pirkimo objekto dalis - dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto sausuose mėginiuose nustatymas**

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus mėginių skaičius per 2013, 2014 ir 2015 metus	Preliminarus kiekis (mėginiais) per visą laikotarpį*	Taikytini metodai
1.	Organinės anglies kiekio nustatymas pagal oksiduojamumą spektrofotometriškai	108	324	Nustatyti Tiurino metodu, pagal oksiduojamumą
2.	Judriųjų humuso medžiagų nustatymas	72	216	Ponamariovos ir Plotniko-vos metodu, 0,1 NaOH ištraukoje
3.	Suminio azoto nustatymas	108	324	Kjeldalio metodu

\* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminarus paslaugų kiekio. Perkamų paslaugų kiekis galės kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų ribose.

Paslaugų teikimo trukmė – nuo sutarties pasirašymo iki 2015 m. rugsėjo 30 d..

Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į konkrečius tyrimo metodus, kurie turi atitikti tarptautinius standartus, technologijas ar tipus yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais.

**2 pirkimo objekto dalis - dirvožemio pH, judriojo fosforo ir kalio kiekių nustatymas orasausiuose dirvožemio mėginiuose**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<b>Eil. Nr</b>	<b>Paslaugos pavadinimas</b>	<b>Preliminarus mėginių skaičius per 2013, 2014 ir 2015 metus</b>	<b>Preliminarus kiekis (mėginiais) per visą laikotarpį*</b>	<b>Taikytini metodai</b>
1.	Dirvožemio pH, judriojo fosforo ir kalio kiekių nustatymas orasausiuose dirvožemio mėginiuose	108	324	Judriesiems elementams nustatyti taikyti A-L metodą, pH nustatyti KCl ištraukoje potenciometrinio metodu

\* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminarus paslaugų kiekio. Perkamų paslaugų kiekis galės kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų ribose.

Paslaugų teikimo trukmė – nuo sutarties pasirašymo iki 2015 m. rugsėjo 30 d..

Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į konkrečius tyrimo metodus, kurie turi atitikti tarptautinius standartus, technologijas ar tipus yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiavertėmis.